

GASTAT 7XX

Techno Medica Corp, Japonia

ANALIZOR AUTOMAT DE GAZE, ELECTROLIȚI ȘI CO-OXIMETRIE



Caracteristici:

- ▶ cea mai bună precizie în clasă
- ▶ tehnologie "Micro Mode" pentru volume foarte reduse de probă
- ▶ electrozi "fără întreținere" / Electrozi Glc / Lac cu stabilitate marită
- ▶ aspirare automată din capilar sau seringă
- ▶ control de calitate (QC) automat
- ▶ protecție la întreruperea curentului electric
- ▶ imprimantă încorporată

GASTAT 7XX

Techno Medica

	710	720	730	735	710 aqc	720 aqc	730 aqc	735 aqc
ph, pCO ₂ pO ₂ , ctHb	●	●	●	●	●	●	●	●
cNa ⁺ cK ⁺ cCl ⁻ , cCa ²⁺	—	●	●	●	—	●	●	●
cGlucose cLactate	—	—	●	●	—	—	●	●
CO-Oximetrie (Include Bilirubina)	—	—	—	●	—	—	—	●
AutoQC	—	—	—		●	●	●	●

SYNTERGY CONSULT



BUCUREȘTI: Strada Radovanu, Nr. 31-33, Sector 2,
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60

CLUJ-NAPOCA: Aleea Prof. Valeriu Bologa, Nr. 3, Bl.2, Spațiul Comercial Nr.1,
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro
www.technomedica.co.jp
office@synttergy.ro



Ediția 2018-1